

放射能検査成績書

〒 193-0824 東京都八王子市長房町112-6-255
一億健康の会 代表 根本武雄 様

財団法人 宮城県公衆衛生協会

理事長 大江 浩



〒981-3111

宮城県仙台市泉区松森字堤下7-1

TEL 022(771)4722

FAX 022(776)8835

受付年月日	平成 23 年 11 月 21 日	受付番号	HH 1994
試料名	発芽玄米		
採取・製造日時	平成 一 年 一 月 一 日 一 時 一 分	生産地	群馬県

ご依頼の試料について、検査の結果は以下のとおりでした。

測定方法	ゲルマニウム半導体検出器を用いた ガンマ線スペクトロメリーによる核種分析法	測定時間	2000 秒
測定場所	財団法人 宮城県公衆衛生協会	測定日	平成 23 年 11 月 22 日

測定項目	結果 (Bq/kg)	検出下限値 (Bq/kg)
放射性ヨウ素 (I-131)	検出せず	0.7
放射性セシウム (Cs-134)	8.8	0.8
放射性セシウム (Cs-137)	13	0.8

備考:

- I. 放射性セシウム (Cs-134) と放射性セシウム (Cs-137) の合計は、21.8 Bq/kg です。
- II. 測定方法は、平成14年3月 厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠しています。
- III. 結果については、測定時における値です。

発行日 平成 23 年 11 月 24 日

検査担当者名 阿部